

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Obstaranie zdravotníckeho materiáľno-technického vybavenia na účely rozvojovej spolupráce

Obstarávateľ: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

Otázka č. 1: V prílohe „Príloha-c.-2-Identifikacia-uchadzaca-a-navrh-na-plnenie-kriterii“ požadujete v liste C1 - Pol.1 RTG riadku 21 „Expozičný čas minimálne v rozsahu 5 – 15 sekúnd“.

Uvedený čas uvádzajú výrobcovia s toleranciou +/- 10% a nami ponúkaný prístroj má maximálny čas vyšetrenia 15,5 sekundy, čo je pri danej presnosti na hrane vašej požiadavky.

Prosíme Vás či budete akceptovať i prístroj s parametrom „Expozičný čas minimálne v rozsahu 5 – 15,5 sekúnd“.

Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že akceptuje aj ponúkané zariadenie s parametrom expozičného času v rozsahu 5 – 15,5 sekundy, resp. so zohľadnením výrobcom stanovenej prípustnej odchýlky (tolerancie) $\pm 10\%$.

Otázka č. 2: V prílohe „Príloha-c.-2-Identifikacia-uchadzaca-a-navrh-na-plnenie-kriterii“ požadujete v liste C2 - Pol.1 Lokator zíl riadku 13 „Digitálne zväčšenie – zoom v režimoch 1x, 2x a 4x“

Prosíme Vás či budete akceptovať i prístroj s parametrom „Digitálne zväčšenie – zoom v režimoch 1x a 2x“.

Odpoveď na otázku č. 2: Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že bude akceptovať aj ponúkané zariadenie disponujúce digitálnym zväčšením (zoom) v režimoch 1x a 2x.