Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

„Obstaranie mobilných digitálnych RTG prístrojov na účely rozvojovej spolupráce“ (SAMRS/2026/Z/6)

1) Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 2 ks nových mobilných digitálnych RTG prístrojov (mobilných digitálnych röntgenových systémov s bezdrôtovým plochým detektorom, motorizovaným pojazdom a batériovým napájaním) vrátane dopravy na miesto dodania. Nákup sa realizuje ako materiálna pomoc pre Ukrajinu v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Inštalácia zariadení, ich uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy nie sú predmetom zákazky, zabezpečuje ich konečný prijímateľ.

Všetky dodávané zariadenia musia byť nové, nepoužité, nerepasované a plne funkčné, s rokom výroby 2026 alebo novším.

2) Rozsah predmetu zákazky

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač je povinný oceniť a ponúknuť celé požadované množstvo, čiastočná ponuka nebude hodnotená.

- **Položka č. 1:** Mobilný digitálny RTG prístroj, 2 ks

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Výzvy (Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií) na samostatnom liste „Položka č. 1“. Uchádzač je povinný technickú špecifikáciu vyplniť a pri parametroch vyjadrených číselne uviesť konkrétnu ponúkanú hodnotu.

3) Účel použitia

Prístroje budú slúžiť zdravotníckemu zariadeniu konečného prijímateľa v Kyjevskej oblasti na Ukrajine na röntgenové vyšetrenia priamo pri lôžku pacienta, najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti, urgentnom príjme, operačných sálach a oddeleniach, kde pacienta nie je možné prepravovať na stacionárne röntgenové pracovisko. Z tohto účelu vyplývajú požiadavky na motorizovaný pojazd s batériovým napájaním, bezdrôtový plochý detektor, ovládanie priamo na tele prístroja, rýchle zobrazenie snímky a priame prepojenie so systémami RIS a PACS prostredníctvom rozhrania DICOM.

4) Technické a kvalitatívne požiadavky

Parametre uvedené v tomto opise a v Prílohe č. 2 tejto Výzvy predstavujú minimálne požadované parametre. Ponúkané zariadenie musí spĺňať alebo prevyšovať každý z nich. Okrem technických parametrov podľa Prílohy č. 2 sa požaduje:

- nové, nepoužité, nerepasované a plne funkčné zariadenia s rokom výroby 2026 alebo novším,
- technické listy alebo dokumentácia výrobcu preukazujúce splnenie požadovaných parametrov (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku),

- návod na obsluhu a údržbu v ukrajinskom alebo anglickom jazyku a dokumentácia potrebná na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a registráciu zariadenia, vrátane údajov o radiačných parametroch,
- dodanie s kompletným príslušenstvom potrebným na uvedenie do prevádzky (detektor, batérie, nabíjacie zariadenia, diaľkový ovládač expozície, akvizičný softvér s licenciami).

Nesplnenie ktorejkoľvek z uvedených požiadaviek alebo ktoréhokoľvek parametra uvedeného v Prílohe č. 2 tejto Výzvy je dôvodom na vylúčenie ponuky. Ponuky, ktoré požadované minimálne parametre spĺňajú, sa navzájom porovnávajú podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného v bode 12 Výzvy, parametre prevyšujúce požadované minimum sa nehodnotia a neposkytuje sa za ne žiadne zvýhodnenie.

5) Ekvivalentné plnenie

Pri predmete zákazky sa pripúšťa dodanie ekvivalentu s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími, ako sú požadované parametre. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky, vo výzve na predkladanie ponúk a všetkých jej prílohách uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miestu pôvodu alebo výroby. Splnenie ekvivalencie preukazuje uchádzač technickou dokumentáciou výrobcu priloženou k ponuke. Ak z predloženej dokumentácie nebude ekvivalencia zrejmá, obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky.

6) Logistické podmienky a miesto plnenia

- **Miesto dodania:** Kyjevská oblasť, Ukrajina, zdravotnícke zariadenie konečného prijímateľa. Presné miesto a adresa dodania budú oznámené až úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení ponúk, najneskôr pred uzavretím kúpnej zmluvy.
- **Termín dodania:** najneskôr do 1. 2. 2027.
- **Cena:** ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania, vývozných colných formalít a vykládky. Inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy nie sú súčasťou ponúkanej ceny.
- **Colné konanie:** dovozné colné konanie na Ukrajine zabezpečuje konečný prijímateľ, úspešný uchádzač mu včas poskytne všetky doklady potrebné na colné konanie (najmä faktúru, baliaci list a prípadne osvedčenie o pôvode tovaru).
- **Odovzdanie:** tovar sa odovzdáva konečnému prijímateľovi na základe dodacieho listu a preberacieho protokolu potvrdzujúceho dodanie zariadení v požadovanom množstve, bez zjavného poškodenia, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. Inštaláciu, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy zabezpečuje konečný prijímateľ.
- **Balenie:** tovar musí byť dodaný v pevnom prepravnom balení, ktoré umožňuje bezpečnú manipuláciu a diaľkovú kamiónovú prepravu a chráni citlivé elektronické komponenty a detektor pred poškodením.